



180021100543

国家食品药品监督管理总局
浙江药品包装材料检验中心

检验报告

报告书编号	YBC20220784
样品名称	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜
供样单位	浙江天成医药包装有限公司
检验目的	合同检验

2022年05月26日

声 明

- 一、本机构对委托单位提供的样品和相关技术资料保密。
- 二、对本报告结论如有异议，请于收到报告之日起7个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理（另有规定除外）。
- 三、本报告所出具的数据和结论，是对来样所检项目的检验结果。
- 四、本报告涂改、增删、无授权签字人签字（或盖章）、或未加盖本机构检验检测专用章的均无效。
- 五、本报告未经本机构书面批准，不得复制；报告复印件未重新加盖本机构检验检测专用章的无效。
- 六、本检验报告及本机构名称不得用于商业广告、宣传等。
- 七、检验项目加“*”为分包。

联系地址：杭州市滨江区平乐街 325 号

邮政编码：310052

电话：报告查询：0571-86458729

业务联系：0571-86453171

复验投诉：0571-86468480

传真：0571-86458729

网址：<http://www.zjyj.org.cn>



YBC20220784

国家食品药品监督管理总局 浙江药品包装材料检验中心 检验报告书

报告书编号:YBC20220784

第 1 页 共 1 页

检品名称	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜		
批号	220401	规格	0.07*140mm
生产单位	浙江天成医药包装有限公司	包装	塑袋
供样单位	浙江天成医药包装有限公司	备注	/
检验目的	合同检验	检品数量	50 米
检验项目	部分检验	收检日期	2022/05/16
检验依据	国家药包材标准 YBB00172002-2015	报告日期	2022/05/26

检验报告专用章

用章

检验项目	标准规定	检验结果
【鉴别】		
红外光谱 PET层	应与对照图谱基本一致	与对照图谱基本一致
PE层	应与对照图谱基本一致	与对照图谱基本一致
【异常毒性】	应符合规定	符合规定
-----以下空白-----		

授权签字人		签发日期	2022/05/26
-------	--	------	------------



